

Udskriftsdato: 14. december 2025

KEN nr 10496 af 20/05/2006 (Gældende)

Klage over at der i forbindelse med en korsbåndsoperation blev tabt en skrue i knæet, som først blev fjernet 3 uger sener

Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
Patientklagenævnet, j.nr. 0551313

Klage over at der i forbindelse med en korsbåndsoperation blev tabt en skrue i knæet, som først blev fjernet 3 uger sener

Resumé

En 51-årig kvinde havde ved en tilskadekomst revet sit korsbånd over, som skulle rekonstrueres ved en kikkertoperation. Under operationen forsvandt en 9 mm interferenssskrue ind i knæhulen, og den opererende læge kunne ikke finde den igen. Lægen valgte derfor at afslutte operationen, og han informerede patienten om, at sårene skulle hele op, før der kunne tages stilling til, hvordan skruen skulle fjernes.

Efterfølgende blev interferensskruen fjernet, men patienten havde fortsat gener. Et halve år efter operationen viste en MR-scanning følger efter korsbåndsoperationen, en læsion af brusken på lårbensk-noglens hoved samt en beskadigelse af menisken.

Der blev klaget over, at der skete fejl i forbindelse med korsbåndsoperationen.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere den opererende læge samt at indskærpe over for ham, at han skulle udvise større omhu i sit fremtidige virke. Det var nævnets opfattelse, at der var tale om et hændeligt uheld, da interferensskruen løsnede sig under operationen, men at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at efterlade fremmedlegemer i en ledhule, og i særdeleshed ikke fremmedlegemer af fast karakter som metal. Sådanne faste dele kan medføre betydelige beskadigelser af knæets øvrige strukturer i brusk, menisker og korsbånd. Derfor burde den opererende læge umiddelbart have sikret sig, at skruen blev fjernet under samme operation, enten ved at lokalisere skruen med røntgengennemlysning, så den derefter kunne fjernes, eller ved at åbne ind til ledhulen med almindelig kirurgisk teknik.